

Lampiran 3. Sertifikat Kalibrasi

LAMPIRAN SERTIFIKAT KALIBRASI
ATTACHMENT OF CALIBRATION CERTIFICATE


I. **DATA KALIBRASI**
Calibration data

1. Referensi
Reference : Dwi Kristiyanto

2. Dikalibrasi oleh
Calibrated by : Yetni Sulistyio NIP. 19630629.198503.1.003

II. **HASIL KALIBRASI**
Result of Calibration

Nominal (menit)	Nilai Sebenarnya (menit)
00,01'00"00	00,01'00"01
00,05'00"00	00,05'00"01
00,10'00"00	00,10'00"02
00,15'00"00	00,15'00"02
00,30'00"00	00,30'00"01
00,59'00"00	00,59'00"02

Kepala Seksi Teknik Kemetrologian

Gono SE, MM
NIP.19610807.198202.1.007

Halaman 2 dari 2 Halaman

FBM.22-02.T